

# PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Secretaria Municipal de Administração de Porto Nacional  
Secretaria Municipal de Administração de Porto Nacional  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL

Pregão Eletrônico 001/2020 FMS

Data	Assunto	Situação	Questionamento
17/06/2020 - 17:05	Referente à ANVISA:	Não Respondido	<p>1. A Anvisa publicou a RDC 356/2020 e 379/2020 que autoriza a fabricação de produtos sem registro na ANVISA e este mesmo documento dispensa a necessidade de apresentação do Autorização de Funcionamento de Empresa, da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias.", diante do apontamento, nossa empresa pode deixar de apresentar os documentos solicitados caso seja ganhadora do item 1 deste processo?</p> <p>Resposta: Não Respondido.</p>
17/06/2020 - 17:05	Referente ao item 1 - Máscara cirúrgica descartável	Não Respondido	<p>2. As camadas de TNT das máscaras deverão ser independentes ou podem ser consolidadas? Conforme RDC Nº 356 e 379 da ANVISA, "Na falta da capacidade de abastecimento dos não tecidos do tipo meltblown, a ABNT recomenda a adoção de não tecidos do tipo SMS, uma vez que estes materiais possuem a mesma estrutura spunbond - meltblown -spunbond de uma máscara cirúrgica tradicional, mas com camadas consolidadas (e não independentes) e produzidas de forma contínua." 3. Qual a gramatura do TNT (tecido-não-tecido) 100% polipropileno podemos considerar? 4. Podemos considerar que essa máscara será modelo retangular? 5. Podemos considerar 3 pregas para a máscara? 6. As máscaras deverão ser embaladas em caixas ou pacotes? 7. Quantas máscara deverá conter em cada embalagem? 8. Podemos considerar as dimensões da máscara, elástico e clipe nasal conforme a ABNT NBR 15052? 9. A máscaras deverão ser produzidas através de processo de soldagem ou costuradas?</p> <p>Resposta: Não Respondido.</p>
17/06/2020 - 12:31	Revisão de preço item 04, pois está inexequível	Não Respondido	<p>Solicito esclarecimento sobre preço do item 004: AVENTAL DESCARTAVEL 20G MANGA LONGA COM ELASTICO C/ 10 UNID, sendo o valor do pacote R\$ 41,20, e unitário ficando a R\$ 4,12, ou seja, valor inexequível para o item em questão. Valor praticado no mercado: R\$ 7,50 unidade Peço a revisão e alteração dos valores estimado para o item descrito acima, pois os valores apresentados como estimado não contemplam os praticados no mercado.</p> <p>Resposta: Não Respondido.</p>
17/06/2020 - 08:55	REVISÃO VALIDADE DO PRODUTO - ITEM Nº 50 /TESTE RÁPIDO COVID-19	Não Respondido	<p>Bom dia! Prezados, Gostaríamos que com base no exposto abaixo, fosse revisto no Edital PE 001/2020, a redação do item 17.3 que trata da validade dos produtos, no que trata principalmente do item 50 , onde se lê no destaque, quanto ao prazo de validade do produto. "17.3 Os produtos quando da entrega, deverão ter a data de fabricação recente, sendo no máximo de 06 (seis) meses; e validade de no mínimo 12 (doze) meses, sendo que ambos os prazos terão por data referencial a data da efetiva entrega dos produtos." Visto que a Anvisa aprovou 39 testes para Covid-19, sendo 21 testes rápidos, e por se tratar de insumos para utilização emergencial e possivelmente imediata, ou seja, não destinado à estocagem na atual circunstância, solicitamos que a Comissão de Licitação e demais Corpo Técnico avalie a aceitação que os testes rápidos com prazo de validade a partir de 06 (seis) meses, com registro da Anvisa e INCQS/Fio Cruz também estejam habilitados a atender o descritivo, considerando também que o próprio edital no item 17.01 indica que a entrega será parcelada. Em virtude da escassez de insumos no mercado e estatísticas que indicam agravamento da situação de contágio, à restrição quanto somente à validade do produto, impede que uma maior quantidade de interessados possam se habilitar e susta também a tentativa do órgão obter melhores preços e condições de negociações. Fonte: <a href="http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/testes-para-covid-19-perguntas-e-respostas/219201">http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/testes-para-covid-19-perguntas-e-respostas/219201</a> Sem mais, ficamos no aguardo do retorno com uma possível apreciação do pedido.</p> <p>Resposta: Não Respondido.</p>