



## ATA FINAL

Secretaria Municipal de Compras e Licitações de Porto Nacional  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL  
Pregão Eletrônico - PREGAO ELET. Nº 005/2023 FMS

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/12/2023 16:35	06/12/2023 08:00	13/12/2023 08:00	18/12/2023 08:30	18/12/2023 09:00

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIZANTES; CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNIZANTES (VACINAS), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 400 LITROS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 2°C A 8°C, SENSOR EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, INDICANDO EXATAMENTE A TEMPERATURA INTERNA. SISTEMA DE AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES DE FALHA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMAS DE ALARME AUDIOVISUAL PARA NOTIFICAÇÃO EM SITUAÇÕES DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, FALHA NO EQUIPAMENTO E PORTA ABERTA. CÂMARA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA HOMOGÊNEA. PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE. TENSÃO LOCAL DE 220V.	12.400,00	3	UN	Adjudicado

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/12/2023 - 16:32	02.2 EDITAL PUBLICAR PR ELETR 005 2023 FMS CAMARA REFRIG.pdf

### Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/12/2023 - 09:13:12	Envio de Propostas Readequadas PREGAO ELET. Nº 005/2023 FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/12/2023 às 14:00.

### Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------





0001	Câmara Refrigerada para conservação de imunizantes: Câmara Refrigerada para Conservação de Imunizantes (vacinas), com capacidade aproximada de 400 litros. Informações técnicas de temperatura ajustável de 2°C a 8°C, sensor em solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura interna. Sistema de autonomia para atuação em situações de falha ou falta de energia elétrica. Sistemas de alarme audiovisual para notificação em situações de variação de temperatura, falha no equipamento e porta aberta. Câmara em material anticorrosivo, distribuição de temperatura homogênea, porta de vidro com sistema antiembaçante. Tensão local de 220V.	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROPRIO	PROPRIO/PROPRIO	10.000,00	3	30.000,00
------	---	--------------------------------------	---------	-----------------	-----------	---	-----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - Câmara Refrigerada para conservação de imunizantes:**  
Câmara Refrigerada para Conservação de Imunizantes (vacinas), com capacidade aproximada de 400 litros. Informações técnicas de temperatura ajustável de 2°C a 8°C, sensor em solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura interna. Sistema de autonomia para atuação em situações de falha ou falta de energia elétrica. Sistemas de alarme audiovisual para notificação em situações de variação de temperatura, falha no equipamento e porta aberta. Câmara em material anticorrosivo, distribuição de temperatura homogênea, porta de vidro com sistema antiembaçante. Tensão local de 220V.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	15/12/2023 - 14:42:42	CSV 420	ELBER GELADEIRAS	3	R\$12.900,00	R\$ 38.700,00	Sim
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	15/12/2023 - 16:16:28	PROPRIO	PROPRIO/PROPRIO	3	R\$12.000,00	R\$ 36.000,00	Não
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	39.822.881/0001-61	16/12/2023 - 10:53:49	CSV 420	ELBER/	3	R\$12.400,00	R\$ 37.200,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	120 dias
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.228.679/0001-03	60 dias
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	39.822.881/0001-61	60 dias

## Lances Enviados



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/12/2023 às 11:02:46.  
Código verificador: 796941

Página 2 de 4





0001 - Câmara Refrigerada para conservação de imunizantes:  
Câmara Refrigerada para Conservação de Imunizantes (vacinas), com capacidade aproximada de 400 litros. Informações técnicas de temperatura ajustável de 2°C a 8°C, sensor em solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura interna. Sistema de autonomia para atuação em situações de falha ou falta de energia elétrica. Sistemas de alarme audiovisual para notificação em situações de variação de temperatura, falha no equipamento e porta aberta. Câmara em material anticorrosivo, distribuição de temperatura homogênea, porta de vidro com sistema antiembaçante. Tensão local de 220V.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/12/2023 - 14:42:42	12.900,00 (proposta)	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
15/12/2023 - 16:16:28	12.000,00 (proposta)	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Válido
16/12/2023 - 10:53:49	12.400,00 (proposta)	39.822.881/0001-61 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
18/12/2023 - 09:15:16	12.255,00	22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
18/12/2023 - 09:17:44	11.999,00	39.822.881/0001-61 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
18/12/2023 - 09:20:21	10.000,00	81.618.753/0001-67 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	15/12/2023 - 16:15	ELOI BERTOLDI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo unico)

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/12/2023 - 10:38	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
18/12/2023 - 09:06:44	Pregoeiro	Senhores Licitantes, Bom dia. Em nome do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, sejam bem-vindos a sessão pública referente ao certame licitatório 13 Pregão Eletrônico n.º 005/2023 FMS, e desde já agradeço a todos pela participação.
18/12/2023 - 09:07:00	Pregoeiro	Relembro a todos de que a presente competição é uma licitação pública revestida da seriedade e solenidade próprias de uma contratação pública.
18/12/2023 - 09:07:47	Pregoeiro	Favor verificar suas propostas iniciais, pois após a abertura da etapa de lances não haverá possibilidade de cancelar a proposta no sistema, e a recusa do licitante em entregar o objeto que foi ofertado será objeto de punição nos termos da lei.
18/12/2023 - 09:09:07	Pregoeiro	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, pois terão de honrar seus compromissos durante a futura contratação.
18/12/2023 - 09:09:35	Pregoeiro	Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos.
18/12/2023 - 09:10:08	Pregoeiro	Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.
18/12/2023 - 09:10:23	Pregoeiro	Neste momento, farei a análise quanto à ACEITABILIDADE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
18/12/2023 - 09:10:41	Pregoeiro	Eu, SUELI ALVES DA SILVA FONSECA, Pregoeira, faço desde já esses avisos preliminares necessários e que deverão ser lidos e cumpridos com atenção.
18/12/2023 - 09:10:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas.
18/12/2023 - 09:11:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto.





18/12/2023 - 09:11:47	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será promovida automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/12/2023 - 09:11:47	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/12/2023 - 09:11:47	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/12/2023 - 09:11:59	Pregoeiro	Declaro a sessão aberta.
18/12/2023 - 09:12:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/12/2023 - 09:12:10	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/12/2023 - 09:22:21	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/12/2023 - 09:23:11	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 10.000,00.
19/12/2023 - 08:25:39	Pregoeiro	Comunicamos que o catálogo do arrematante do presente Pregão foi encaminhado para análise técnica.
22/12/2023 - 09:13:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 22/12/2023 às 14:00.
22/12/2023 - 09:34:20	Sistema	O fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
22/12/2023 - 10:18:20	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
22/12/2023 - 10:18:20	Sistema	Motivo: O fornecedor já enviou a proposta readequada.
22/12/2023 - 10:18:34	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
22/12/2023 - 10:18:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/12/2023 às 10:38.
22/12/2023 - 10:44:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/12/2023 - 10:44:51	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por SUELI ALVES DA SILVA FONSECA.

Assinado digitalmente por SUELI ALVES DA SILVA FONSECA 03178189106  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=04207878000153, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=SUELI ALVES DA SILVA FONSECA.03178189106  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

SUELI ALVES DA SILVA FONSECA

Pregoeiro

Assinado digitalmente por MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR SILVA 04815038112  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=04207878000153, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR SILVA.04815038112  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

MEDSON DEWICTOR RAPHAEL TURIBIO AGUIAR SILVA

Apoio

