



Ofício ADM/ SEMUS 0029/2020

Porto Nacional – TO, 17 de junho de 2020.

Ao
CPL – Comissão Permanente de Licitação
Ao Departamento de Licitação

Assunto: Esclarecimento detalhado (dimensionamento) do ITEM 45 e 46 do ANEXO 1 do Edital PE 001/2020.

Senhor pregoeiro,

Após cumprimenta-la cordialmente, venho por meio deste apresentar resposta ao que nos foi solicitado referente ao prazo de entrega dos produtos que pleiteamos licitar:


ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

Nova Redação:

ITEM 45 CATETER DE ASPIRAÇÃO sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Tamanhos 12fr a 16fr com 36cm.

ITEM 46 SONDA ENDOTRAQUEAL, Sonda em PVC especial, com balão de baixa pressão e alto volume e aspiração supra cuff, possui Lúmen de sucção que permite que quaisquer secreções acumuladas sejam aspiradas, curvatura anatômica, corpo graduado, ponta proximal com conector de 15 mm (universal) e Olho de Murphy. Utilizado em procedimentos de intubação nasal ou oral para manutenção de vias respiratórias, em curto, médio e longo período. Tamanhos 4,0mm a 8,5mm.

Sem mais para o momento, quaisquer demais esclarecimentos favor solicitar também pelo fone (63) 98450-1826.


SÓSTENNES JOSÉ SILVESTRE
Diretor Administrativo Financeiro

Sóstennes José Silvestre
Diretor Administrativo e Finanças
Matricula 11 544/Dec 400/2019